

Số: 1067/QĐ-BVTT

Thạch Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu**

Gói: “Mua trang thiết bị y tế”

### **GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THÀNH**

*Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn Nghị định số 63/2014/NĐ – CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ thông tư số 58/2016/TT – BTC ngày 29/3/2016 của BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - Xã hội, tổ chức chính trị xã hội – Nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số: 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/10/2023 giữa Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành và Công ty TNHH vật tư và thiết bị y tế Miền Bắc;*

*Xét Tờ trình ngày 11/10/2023 của khoa Dược - VTYT về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu gói: “Mua trang thiết bị y tế”;*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu chi tiết như sau:

1. Tên gói thầu: “Mua trang thiết bị vật tư y tế”.

2. Giá gói thầu: 33.000.000 đồng.

**(Bằng chữ:** Ba mươi ba triệu đồng chẵn)

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chỉ định thầu rút gọn

4. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH vật tư và thiết bị y tế Miền Bắc

Địa chỉ: Số 59, Ngõ 28/90 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại : 0985.414.888

Fax.....

Mã số thuế: 0107855199

Số tài Khoản: 0451000406685-tại NH Vietcombank - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội

Đại diện Ông: Nguyễn Đức Long

Chức vụ: Giám Đốc

Đơn vị hưởng thụ: Công ty TNHH vật tư và thiết bị y tế Miền Bắc.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày ký

**Điều 2:** Khoa Dược – VTYT, phòng Tài chính kế toán và nhà thầu có tên tại Điều 1 giúp Giám đốc triển khai ký kết hợp đồng và thực hiện gói thầu.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VT; Dược;

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Văn Nguyên**



**PHỤ LỤC**  
**Danh mục thiết bị y tế**

(Kèm theo Quyết định số: 1067/QĐ-BVTT ngày 12/10/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành)

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Khối lượng/số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim	<p>* Phạm vi đo điện tim: + ECG leads: 10 đầu cực, 12 kênh ECG + Kích thước, trọng lượng: 296(W) × 305.5(H) × 92.5(D)mm, Xấp xỉ: 3.5kg + Kênh ghi được: 1 kênh, 3 kênh, 6 kênh, 12 kênh + Độ nhạy: 2.5, 5, 10, 20, auto(I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV + Tốc độ in: 12.5, 25, 50 mm/s + Tốc độ lấy mẫu: 500 mẫu/s + Bộ lọc: AC(50/60Hz, -20dB or better) Muscle(25~35Hz, -3dB hoặc tốt hơn) Độ lệch đường cơ bản(0.1Hz, -3dB hoặc tốt hơn) Bộ lọc tần số thấp : Tắt, 40Hz, 100Hz, 150Hz + Màn hiển thị (LED hiển thị) Màn hiển thị LCD: 2 × 16 kí tự trên màn hiển thị, độ nhạy, tốc độ, tín hiệu qua lọc rất tốt, HR, máy in các trạng thái, bức sóng, nguồn công suất, bộ pin + Bàn phím: Màn bàn phím, có cả trữ, số và có biểu tượng sẵn để dùng. + Dữ liệu bệnh nhân - Đo cơ bản: ID, tên, tuổi, giới tính, chiều cao, trọng lượng, dân tộc, hút thuốc? Heart rate, PR int, QRS dur, QT/QTc, P-R-T axis + Máy in: Giấy in nhiệt dạng cuộn kích thước: độ rộng A4: 210mm. Độ phân giải: Phương thẳng : 8điểm/mm / Phương ngang : 16điểm/mm + Điện áp: Nhiều trong: 20μN(p-p)max / Mạch vào : Thay đổi Trở kháng vào : ≥10MΩ / Dải điệ áp đầu vào: ≥±5mV Phương thức loại bỏ chung : &gt; 100dB / DC điện áp bù : ≥±300mV Thời gian cho kết quả : 3.2sec / Dòng dò : &lt; 10μA Tần số cho phép: 0.05 ~ 150Hz / riêng biệt và bảo vệ tim + Tín hiệu điều khiển: Phát hiện sóng cắt rời , điều hòa mạch đập + Lưu trữ dữ liệu ECG: Lưu trữ bên trong máy tới 30 dữ liệu + Nguồn: Nguồn cung cấp : AC hoặc Pin nạp (Pin nạp là lựa chọn) 95 ~ 240 VAC, 50/60Hz, 1.0 ~ 0.5A, 60W max + Pin (Ni-MH): Sử dụng Pin nạp liên tục trong 1h</p>	01	Cái

	<p>(In ra xấp xỉ 100 dữ liệu)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Kết nối: Kết nối với PC qua mạng LAN</li><li>+ Tiêu chuẩn an toàn: Class I, Type BF, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC</li><li>+ Môi trường: Độ ẩm : 30~85% / Nhiệt độ: 10 ~ 400C/ Áp suất không khí : 70 ~ 106KPa</li><li>+ Phụ kiện tiêu chuẩn: Dây nguồn 1c, Cáp bệnh nhân 1c, Điện cực chi 1 bộ (4c), Điện cực bóng 1 bộ (6c), Giấy in: 1 cuộn, sách HDSD tiếng Anh 1q</li></ul>		
--	--	--	--