

Số: 935 /CV-BVTT

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 09 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi : Các hãng sản xuất , các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá :

- Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá :  
Trịnh Văn Thọ , Khoa Dược , Điện thoại : 096 9982569.
- Cách thức tiếp nhận báo giá :
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, Thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 11 tháng 09 năm 2023 đến trước 20h ngày 21 tháng 09 năm 2023.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực báo giá : Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 09 năm 2023.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá :


- Danh mục Hóa chất:  
( Chi tiết danh mục tại phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp : Kho Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, thôn Đồng Khanh, xã Thành thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian giao hàng dự kiến : Tối đa 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo dự trù.

Xin chân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: văn thư, K Dược .

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Nguyễn



## PHỤ LỤC DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Kèm công văn số 935/CV-BVTT ngày 11 tháng 09 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thành)

STT	Danh mục HCXN	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	01163 STA - NeoPTimal 5 (6 x 5 ml)	- R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - R2: dung môi hòa tan có chứa canxi. Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 0.8 CV% Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 1.3 CV% Độ tái lập đo mẫu bình thường: 1.2 CV% Độ tái lập đo mẫu bất thường: 2.0 CV%		ml
2	0595 STA -PTT Automate 5	Hóa chất dùng xác định thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần, chứa cephalin từ mô não thỏ, chất kích hoạt đặc hiệu silica Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 0.7 CV% Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 1.0 CV% Độ tái lập đo mẫu bình thường: 1.4 CV% Độ tái lập đo mẫu bất thường: 2.7 CV%		ml
3	39430 STA Satellite Cuvettes 6 x 220	Hộp gồm 6 cuộn, mỗi cuộn chứa 220 cuvette		Cái
4	00975 STA - Desorb U 24 x 15 ml	Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động, bền trên máy 5 ngày, chứa potassium hydroxide nồng độ < 1 %		ml
5	00611 STA - Thrombin ② 12 x 2	Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin. Chứa		ml



ml		thrombin citrat canxi (người), khoảng 1.5 NIH unit/ml, dạng đông khô. Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 2.8 CV% Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 1.7 CV% Độ tái lập đo mẫu bình thường: 1.6 CV% Độ tái lập đo mẫu bất thường: 3.3 CV%		
----	--	---	--	--

